

Procedure Plejeboligområdet

Emne: Sonde - Ernæringspumpe

Formålet: At sikre korrekt indgift af ernæring og væske i sonde via ernæringspumpe.

Henvender sig til: Sygeplejersker, social og sundheds assistenter og oplærte social og sundhedshjælpere.

Ernæringspumpe:

Lejes gennem det firma der leverer ernæringen.

Ernæringen er holdbar i 24 timer i lukket system.

Der skal skrives dato og klokkeslæt på ernæringen.

Ernæringssættet udskiftes 1 gang i døgnet.

Ernæringspumperne er ikke altid ens, derfor bør der være en instruks på dennes anvendelse i lejligheden.

Borgeren bør være i sengen og have min. 30 gr. eleveret hovedgærde eller sidde i en stol

- Der udføres håndhygiejne.
- Borgeren informeres.
- Inden ernæringen sættes til, skal der trækkes tilbage med en Janet sprøjte for at sikre ventriklen ikke er fyldt. Hvis der kan aspireres mere end 100 ml skal der ikke gives ernæring.
- Der gives 50 ml vand, for at sikre korrekt indløb.
- Ernæringen tilkobles med ernæringssættet, og ernærings pumpen indstilles og startes.
- Når ernæringen er indløbet, skylles der efter med 50 ml vand.
- Dokumenter på væskeskema i lejligheden.

Hvis borgeren under indgift af ernæring virker for kvalmet eller utilpas, skal det stoppes.

Hvis sonden er tilstoppet:

- Skyl med 10 ml vand med højt tryk. Helst med en 10 ml sprøjte.
- Ved sværere tilstopning kan 25 ml dansk vand eller ananasjuice forsøges.
- Det kan være nødvendigt at udskifte sonden.

Udsendt første gang:

26.09.13

Revideret:

Denne udgave er udsendt

26.09.13

Acadre nr. 09/24484